

Siemianowice Śląskie, 16.05.2017r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**  
**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**  
**NR 5/RPO\_1.2/2017/UE**

**PYTANIE OFERENTA:**

Jak wiadomo na podstawie RMZ z dnia 21 sierpnia 2006 r. oraz RMZ z dnia 18 lutego 2011 r. gabinet rentgenowski, w którym będzie się znajdował sprzęt RTG, powinna spełniać odpowiednie warunki techniczne. Pomieszczenie powinno posiadać odpowiednią powierzchnię i wysokość, natomiast sterownia powinna się znajdować w oddzielnym gabinecie, przyległym do rentgenowskiego. Ponadto konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz sygnalizacji. Gdyby pomieszczenie techniczne w gabinecie Wnioskodawcy nie spełniało odpowiednich warunków technicznych, czy jest możliwe umieszczenie sprzętu RTG w innym, uzgodnionym razem z Wynajmującym, miejscu?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Z wiedzy Wynajmującego wynika, że aktualnie wszystkie pomieszczenia spełniają wymagane warunki. Gdyby jednak, po wyborze najkorzystniejszej oferty, okazało się, że urządzenie nie może zostać umieszczone w siedzibie Wnioskodawcy, to Wynajmujący przyzwala na umieszczenie sprzętu RTG w pomieszczeniu, spełniającym odpowiednie warunki techniczne. Ze względu jednak, na konieczność wykonania zaplanowanych badań, uznaje się, że sprzęt powinien znajdować się w promieniu do 15 km od siedziby Wnioskodawcy, tak, aby zapewnić jego dostępność.